

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT:

Órgão/Entidade: HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.944.198/0001-30

Endereço: Rua São Vicente de Paulo, 223 - Centro

Município: Jundiaí CEP: 13201-625

Telefone: (11) 4583-8155

E-mail: financ@hsvicente.org.br

CPF	Nome Responsável	Função	Cargo	Email
Diretor	DENÍLSON	Diretor	Presidente	financ@hsvicente.org.br
Presidente	CARDOSO DE SÁ	Presidente		

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	Email
051.019.446-02	57.208.857-7	Matheus Siqueira Gomes	Superintendente	matheus.gomes@hsvicente.org.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: 001 Agência: 3347-2 Número: 6458-0

Praça de Pagamento: Jundiaí

Gestor do Convênio: Matheus Siqueira Gomes - CPF 051.019.446-02

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição: Prestar Assistência qualificada, humanizada em alta complexidade à população de Jundiaí e micro região de referência, promovendo ensino e pesquisa em saúde.



Histórico da Instituição: Em 1987, em Jundiaí, foi criada a Conferência Vicentina Nossa Senhora do Desterro, atualmente denominada Sociedade de São Vicente de Paulo, com o intuito de ajudar os pobres e praticar a caridade. Porém as pessoas que se dedicavam à causa achavam falta de algo, então surgiu a ideia de criar um hospital. E na reunião do dia 13 de agosto de 1899, o confrade Sócrates de Oliveira sugeriu que a Conferência Vicentina criasse um hospital de caridade na cidade. Em 05 de novembro de 1899 foi aprovado o conselho diretor do Hospital, denominado “mordomia”. Esse conselho ficou responsável pela implantação e manutenção do hospital. Contudo, os Vicentinos sabiam que os doentes não poderiam esperar a construção de um prédio para o funcionamento do Hospital. Era preciso iniciar imediatamente o atendimento médico aos necessitados. Assim, provisoriamente, foi alugada uma casa e no dia 18 de fevereiro de 1900, os Vicentinos davam os primeiros passos para concretizar seu ideal. À partir de seu funcionamento o Hospital ganhava vida própria e como tal precisava existir como pessoa jurídica. Para cumprir essa exigência legal, em reunião do dia 10 de março de 1900 foi elaborado um estatuto específico para o Hospital, registrado em Cartório, a certidão publicada no Diário Oficial e integrada aos arquivos da Conferência Vicentina. Mais tarde, foi doado à Conferência um prédio para que pudessem construir o hospital. Apesar de muitas dificuldades, no dia 20 de Dezembro de 1902, o hospital, a partir de novo estatuto denominado “Hospital de Caridade São Vicente de Paulo”, começou a funcionar efetivamente.

Característica da Instituição: O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo possui em seu quadro de funcionários, profissionais capacitados, treinados e dedicados, e que apesar das dificuldades do dia-a-dia procuram fazer com que os pacientes sintam-se acolhidos e confortados, minimizando assim o momento difícil pelo qual estão passando. É referência para atendimento de média e alta complexidade para a região de saúde de Jundiaí, atendendo a uma população estimada em 825.000 (fonte IBGE 2020), pessoas abrangidas pelos municípios de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Louveira, Jarinu, Itupeva e Cabreúva. São 238 leitos distribuídos em: (18 de Ortopediatraumatologia, 68 de Cirurgia Geral, 111 de Clínica Geral, 10 de Saúde Mental e 31 de UTI Adulto - Tipo II, Fonte CNES), sendo que cerca de 25 mil pacientes são atendidos por mês. Possui em sua estrutura os seguintes serviços implantados: Pronto Socorro Adulto que atende demanda referenciada nas seguintes áreas: (I) Clínica Médica; (II) Clínica Cirúrgica – Incluindo as Habilitações: a) Cardiovascular; b) Neurocirurgia; c) Traumatologia-Ortopedia, e d) Oncologia. Possui Atendimento ambulatorial nas seguintes especialidades médicas I) Anestesiologia; II) Cirurgia Vascular; III) Cardiologia Clínica; IV) Cirurgia Cardiovascular; V) Cirurgia Cabeça e Pescoço; VI) Cirurgia Aparelho Digestivo; VII) Cirurgia Geral; VIII) Cirurgia Plástica; IX) Cirurgia Torácica; X) Clínica Médica; XI) Hematologia; XII) Infectologia; XIII) Neurocirurgia; XIV) Neurologia; XV) Ortopedia e Traumatologia; XVI) Otorrinolaringologia; XVII) Proctologia; XVIII) Psiquiatria; XIX) Urologia; XX) Angiologia; XXI) Cancerologia; XXII) Cancerologia Cirúrgica; XXIII) Gastroenterologia; XXIV) Odontologia. A média mensal de cirurgias de média complexidade foi de 398 e de alta complexidade de 145; o número de internações foi de 595 cirurgias e 984 clínicas (média mensal); a média mensal de permanência foi de 5,7 dias (base 2019- dados estatísticos do Hospital).

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Investimento - Aquisição de Equipamentos



Detalhamento: Máquina para Hemodiálise, aparelho indicado para tratamento de pacientes adultos, com as seguintes características: Painel com monitor LCD com tela colorida, funcionamento controlado por microprocessador, gabinete construído em material com rigidez para absorver impactos, dotado de rodízios com freio. Sistema volumétrico para mistura da solução de diálise e controle de ultrafiltração, equipado para diálise com acetato e bicarbonato líquido. Bomba de infusão de Heparina, programável para uso com seringas comerciais, rolete de bomba de sangue com fluxo e calibre de linha arterial regulável digitalmente, após sua inserção, capacidade de operar com dialisadores de alto e baixo fluxo com conexões universais e linhas de sangue que atenda pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Monitor automático e não-invasivo para verificação da pressão arterial com limites máximos e mínimos para: pressão sistólica, diastólica, pressão média e pulso, programável. Variação do nível de sódio e ultrafiltração com programação de perfis pré-definidos. Indicação visual de gráficos, ajustes, alarmes, dados numéricos e parâmetros da diálise. Monitorizar temperatura, pressão transmembrana, pressão arterial, pressão venosa, condutividade, fluxo de banho e fluxo efetivo de sangue; auto check (auto teste) de todas as funções da máquina, com bloqueio para situações anormais. Sistema de desinfecção totalmente automatizado e com início pré-programado. Detector de bolhas de ar por ultrassom, com bloqueio da linha venosa. Monitorização e alarme com detector de vazamentos de sangue, com bloqueio de bomba de sangue e by-pass, sistema de by-pass automático e manual para alteração anormal do banho (condutividade e temperatura). Dispositivo ou sistema de bloqueio que impeça o uso de soluções não específicas para o modo de diálise programado. Redução automática da taxa de ultrafiltração quando houver parada da bomba de sangue ou manual em caso de emergência. Proteção contra operação de diálise quando em modo desinfecção e contra operação de desinfecção quando em modo diálise. Possibilidade para punção única e diálise sequencial automatizada. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica 220VAC.

Objetivo: Aquisição de duas máquinas hemodialisadoras automatizadas

Justificativa: O Hospital é uma Entidade Filantrópica sem fins lucrativos onde aproximadamente 98% dos recursos recebidos são por meios de convênio firmados com a Prefeitura Municipal de Jundiaí e Secretarias de Saúde, com repasses oriundos de fontes municipais, estaduais e federais e aproximadamente 2% são referentes a atendimentos particulares. Atualmente o HCSVP possui 8 (oito) máquinas dialisadoras de sua propriedade, destas, 4 já contam com mais de 18 (dezoito) anos em serviço e as outras 4 caminham para 9 (nove) anos em operação. Das máquinas mais antigas (NIPRO AK-96) existe a grande dificuldade para encontrar peças de reposição comprometendo o tempo de máquina disponível e acarretando sobrecarga no uso das outras máquinas. Ainda, devido ao aumento substancial do número de dialises, o HCSVP fez a locação de mais 6 (seis) máquinas dialisadoras para atender a demanda excedente. O recebimento deste recurso é de grande importância para a Instituição, pois irá garantir a oferta de qualidade no tratamento, uma vez que a atualização tecnológica dessas máquinas, possibilitará o uso de mais modalidades dessa especialidade como a técnica "Slow Low Efficiency Dialysis" - SLEED, cuja característica saliente é a velocidade do dialisante e da bomba de sangue de 100 ml/min, proporcionando ao usuário SUS uma diálise muito suave, aumentando seu conforto, segurança durante o procedimento e assegurando o tempo adequado de diálise para cada paciente. Este processo de aquisição será fundamental para garantir ao paciente hemodialítico internado no hospital acesso a um tratamento adequado e humanizado, pois a diálise é um tratamento/procedimento de suporte a vida. O não recebimento desse recurso irá impactar negativamente, na qualidade do tratamento aos pacientes hemodialíticos, pois, a modernização da tecnologia tem o objetivo de ofertar precisão, segurança e, acima de tudo; o conforto ao doente. Além de impossibilitar a substituição de equipamentos que se encontram em obsolescência técnica funcional, comprometendo a disponibilidade de máquinas para atendimento emergencial e aumento de demanda dessa especialidade.

Local local e endereço: Setor Hemodiálise - HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO - Rua São Vicente de Paulo, 223 - Centro - Jundiaí - CNES 2786435

Observações:

METAS A SEREM ATINGIDAS



SESPTA2022012044DM

Metas Quantitativas:

Ações para Alcance: Fornecer tratamento dialítico moderno

Situação Atual: Realização de 365 hemodiálises/mês

Situação Pretendida: Oferecer tratamento dialítico moderno com tecnologia avançada (SLEED), para oferecer mais conforto durante o tratamento e melhor atendimento ao usuário SUS.

Indicador de Resultado: quantidade de hemodiálises/mês por tipo

Meta: 270 hemodiálises tipo clássicas e 115 hemodiálises tipo SLEED

Metas Qualitativas:

Ações para Alcance: Fornecer tratamento dialítico moderno com tecnologia avançada (SLEED)

Situação Atual: 0

Situação Pretendida: Inclusão da nova modalidade de dialise SLEED

Indicador de Resultado: 115 dialises do tipo SLEED por mês

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração	Descrição
1	Cotação dos Equipamentos	15 dias	Efetuar a descrição dos equipamentos
2	Homologação da Cotações	05 dias	Efetuar a homologação da Cotações
3	Aquisição da Máquina de Hemodiálise	45 dias	Efetuar a compra das Máquina de Hemodiálise
4	Recebimento da Máquina de Hemodiálise	45 dias	Receber a Máquina de Hemodiálise
5	Patrimonialmente do(s) equipamento(s)	05 dias	
6	Instalação do(s) equipamento(s)	15 dias	
7	Prestação de Contas	30 dias	

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	Investimento	Aquisição de Equipamento	Pagamento da Nota Fiscal da Máquina de Hemodiálise	40.000,00	28,57	100.000,00	71,43

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	140.000,00	100	40.000,00	28,57	100.000,00	71,43	140.000,00

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste.



Término: 30/06/2023

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	Função	Cargo	E-mail
051.053.598-44	Amauri Liba	Consultor Contábil	Consultor Contábil	financ@hsvicente.org.br

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Jundiaí, 27 de Dezembro de 2022

DENÍLSON CARDOSO DE SÁ
Diretor Presidente
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO

FERNANDA PENATTI AYRES VASCONCELOS
Diretor Técnico de Saúde III
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS / GABINETE

WILSON ROBERTO DE LIMA
Coordenador
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHTEYN - 27/12/2022 às 13:19:41
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 26/12/2022 às 18:52:46
Assinado com senha por: FERNANDA PENATTI AYRES VASCONCELOS - 26/12/2022 às 11:18:42
Assinado com senha por: DENÍLSON CARDOSO DE SÁ - 23/12/2022 às 18:09:46
Assinado com senha por: SERAFIM FELIX DA SILVA NETO - 20/05/2022 às 17:05:11
Documento N°: 050236A1940557 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050236A1940557>



SESPTA2022012044DM